

CLIENTE NÚCLEO DE SAUDE DO TRABALHO CLINICA MEDICA LTDA			FABRICANTE TOLEDO DO BRASIL	MODELO 2096
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA PEDREIRO, 333		SÉRIE 10861176	IDENT. TÉCNICA (TAG)	PATRIMÔNIO
MUNICÍPIO SÃO GONCALO DO AMARANTE		ESTADO CE	CAPACIDADE (C) C1 = 200,00 kg	RESOLUÇÃO d1 = 0,05 kg e1 = 0,05 kg
ORDEM 5025403	PONTO DE TRABALHO 200,00 kg	Nº DE EQUIPAMENTO 10861176	CLASSE III	

EXCENTRICIDADE
Leitura no centro da plataforma

100,00 kg

INDICADOR

INSTALAÇÕES

LOCAL DA CALIBRAÇÃO

CLIENTE TOLEDO DO BRASIL

A	LEITURA 100,05 kg	C	LEITURA 100,05 kg	-	LEITURA ---	-	LEITURA ---	-	LEITURA ---
B	LEITURA 100,00 kg	D	LEITURA 100,00 kg	-	LEITURA ---	-	LEITURA ---	-	LEITURA ---

TESTE DE PESAGEM

PROVA DE FIDELIDADE

CARGA	LEITURA	ERRO DE INDICAÇÃO	1º	3º	
0,00 kg	0,00 kg	0,00 kg	100,00 kg	100,00 kg	
1,00 kg	1,00 kg	0,00 kg	100,00 kg	100,00 kg	
25,00 kg	25,00 kg	0,00 kg	MOBILIDADE		
100,00 kg	100,00 kg	0,00 kg			
200,00 kg	200,05 kg	0,05 kg	LEITURA SEM A SOBRECARGA 100,00 kg	SOBRECARGA APLICADA 0,05 kg	
100,00 kg	100,00 kg	0,00 kg	LEITURA APÓS A SOBRECARGA 100,05 kg		
25,00 kg	25,00 kg	0,00 kg	INCERTEZA EXPANDIDA DAS LEITURAS EFETUADAS ± 0,05 kg		
1,00 kg	1,00 kg	0,00 kg	- Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator de abrangência k=2,01, para um nível de confiança de aproximadamente 95%. - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandida das balanças.		
0,00 kg	0,00 kg	0,00 kg	TOLERÂNCIAS ADMITIDAS DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO:		
-----	-----	-----	<input type="checkbox"/> MDCIE 261/02	<input type="checkbox"/> MTIC 63/44	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME
-----	-----	-----	<input checked="" type="checkbox"/> MICT 236/94		<input type="checkbox"/> NÃO CONFORME
-----	-----	-----	<input type="checkbox"/> Outro:		INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT-134 REV.10
-----	-----	-----	PADRÕES DE TRABALHO UTILIZADOS: Pesos-50g a 5kg: FOR-ISO/002-08A (Cert.: 008/2019 / Venc.: 03/2021) Pesos-20kg: O/861 ao O/870 (Cert.: 013/2019 / Venc.: 04/2021)		

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Toledo do Brasil.

DATA DE CALIBRAÇÃO 27/nov/2019	TÉCNICO EXECUTOR RENNAN SANTIAGO CHAGAS	REGISTRO 224952
-----------------------------------	--	--------------------