

## CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 04054-19

**Data da Calibração:** 28/6/2019

**Próxima Revisão:** 27/6/2020

**Cliente:** NUCLEO DE SAUDE DO TRABALHADOR CLINICA MEDICA LTDA  
**C.N.P.J** 11.519.356/0001-52  
**Equipamento:** SERINGA DE CALIBRAÇÃO  
**Nº de série:** 579  
**Fabricante:** ALPHARAD  
**Modelo:** CB1500

### Descrição dos procedimentos realizados:

Checagem da integridade do equipamento  
Verificação de vazamentos  
Limpeza, lubrificação e vedação do cilindro  
Correção do limitador da haste do êmbolo  
Emissão do relatório com resultados das leituras

**Quantidade de horas:** 1 hora técnica



Edmilson Meira

**ALPHARAD**

Al. dos Jacarandás, 192 - Campestre - Santo André - SP - CEP: 09090-030 - (11) 4992-9000 - tecnica@alpharad.com.br  
www.alpharad.com.br