



ALPHARAD
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO



Equipamento: Seringa de Calibração
Data da Calibração: 28/06/2019

Número de Série: 579
Vencimento da Calibração: 27/06/2020

NUCLEO DE SAUDE DO TRABALHADOR CLINICA MEDICA LTDA
11.519.356/0001-52

Método Utilizado: Calibração por comparação direta com o padrão.

Padrão Utilizado:

Analisador de volume de gás TSI Flowmeter Nº 40401612004,
certificado 0935/19, emitido em 17/06/2019 por Beta-X
Metrologia.

Resultado da
Calibração:

Leitura	Valor de Referência	Valor Indicado	Desvio	Desvio
1	3,00 litros	2,999 litros	-1 ml	0,03%
2	3,00 litros	3,002 litros	2 ml	0,07%
3	3,00 litros	2,996 litros	-4 ml	-0,13%
4	3,00 litros	2,997 litros	-3 ml	-0,10%
5	3,00 litros	3,002 litros	2 ml	0,07%

Valor médio das leituras: 2,999 litros

Incerteza da medição: +/- 1 ml

Tolerância admitida: +/- 2%

Condições do Ambiente: Temperatura 24°C / Pressão 92 Kpa

Observação: Os resultados apresentados neste laboratório, tem significação restrita e se aplicam somente ao instrumento em questão na data da calibração, não sendo extensiva a quaisquer lotes.

Edmilson Meira

Técnico

ALPHARAD CERTIFICAÇÕES

ALPHARAD COM. IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. : 05.062.455/0001-55- I.E. : 626.663.085.116

Al. dos Jacarandás, 192 - Campestre - Santo André - SP - CEP: 09090-030 - (11) 4992-9000 -
tecnica@alpharad.com.br www.alpharad.com.br